



INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

<http://www.ite.waw.pl>

DKZ/2/2010

Warszawa, dnia 04.02.2010 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę programowanej drukarki struktur warstwowych typu ink jet printer o wysokiej rozdzielczości.

Uprzejmie informujemy, że zmienia się zapis punktu 12 w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Po zmianie kolumna nr 3 punktu 12 przyjmuje brzmienie:

„Wiskozymetr Brookfield'a typ RVDV-II + P z adapterami do badania małych próbek (2 ml do 10 ml)

Przedział mierzonych lepkości: 25 cP – 12,5 McP

Proponowane mikroosie: SC4-21, SC4-14”

Zmiana ta dotyczy również załącznika do wypełnienia przez Wykonawcę.

Uwaga! niniejsze pismo jest integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zastępca Dyrektora

Mgr inż. Zbigniew Poznański