



DKZ/78/2010

Warszawa, dnia 22.10.2010 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę elipsometru VUV.

W związku z pytaniami:

1. Czy zakres kąta goniometru $10 - 90^{\circ}$ dla zakresu widma 135nm do 310nm i $25 - 90^{\circ}$ dla zakresu widma powyżej 310nm jest akceptowalny?
2. Czy brak zmotoryzowanego stolika w osi xy jest akceptowalne dla zamawiającego.
3. Czy brak możliwości redukcji rozmiaru plamki jest akceptowalne dla zamawiającego.
4. Czy 20 tygodniowy termin dostawy jest akceptowalny dla zamawiającego.
5. Czy zamawiający ma na myśli 1 zapasowe źródło światła dla lampy Deuterowej i 1 źródło światła dla lampy Xenonowej?

uprzejmie informujemy, że:

Ad.1

Zamawiający nie dopuszcza żadnej zmiany w siwz.

Ad.2

Zamawiający nie dopuszcza żadnej zmiany w siwz.

Ad.3

Zamawiający nie dopuszcza żadnej zmiany w siwz.

Ad.4

Zamawiający nie dopuszcza żadnej zmiany w siwz.

Ad.5

Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch sztuk zapasowych źródeł światła i dopuszcza po jednym źródle zapasowym w przypadku dwóch różnych źródeł.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjnych i Technicznych

Mgr Michał Urbański