



DKZ/40/2011

Warszawa, dnia 27.06.2011 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę trzech sztuk pieców rurowych do obróbki termicznej.**

W związku z pytaniem:

*Czy wymagane jest wyposażenie pieca w dwa rodzaje rur 4" i 6"?*

uprzejmie informujemy, że:

Osobne rury kwarcowe i SiC dla podłoży 4" i 6" nie są wymagane. Podłoża 4" powinny być utleniane w rurach przeznaczonych dla podłoży 6".

Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjnych i Technicznych

Mgr Michał Urbański