



**INNOWACYJNA  
GOSPODARKA**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



DKZ/58/2011

Warszawa, dnia 17.06.2011 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch sztuk wanieni do trawienia mokrego w KOH.**

W związku z pytaniami:

1. *W punkcie 7 - Cechy urządzenia – Czy temperatura roztworu KOH od 0°C - 180 °C oznacza, że wymagane jest schłodzenie roztworu do 0°C lub nagrzanie do fazy gazowej (para wodna) w temp. 180°C ?*
2. *Czy dopuszcza się wykonanie wanieni do trawienia ze stali nierdzewnej z wyłożeniem PTFE?*
3. *Czy dopuszcza się dostawę zestawu do trawienia w formie modułowej np.: oddzielne moduły sterowania, zasilania oraz zintegrowana waniienka z grzałką ?*
4. *Czy w przypadku budowy modułowej poszczególne moduły mogą pochodzić od różnych producentów?*
5. *Jakie jest maksymalne przewidziane stężenie roztworu wodnego KOH?*

uprzejmie informujemy, że:

**Ad.1**

Najniższa temperatura roztworu, to temperatura pokojowa; urządzenie musi być dostosowane do pracy w temperaturze podanej w wymaganiach przetargowych.

**Ad.2**

Nie.

**Ad.3**

Tak.


**Ad.4**

Poszczególne podzespoły mogą być wytwarzane przez różnych producentów, ale oferowany zestaw urządzeń musi posiadać certyfikat CE. Ponadto, konstrukcja oferowanego urządzenia musi być przetestowana, a dostawca musi zagwarantować prawidłową współpracę poszczególnych elementów zestawu.

**Ad. 5**

Okolo 50 %.

Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjnych i Technicznych



Mgr Michał Urbański