



INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

<http://www.ite.waw.pl>

DKZ/66/2011

Warszawa, dnia 04.07.2011 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę elipsometru VUV.

W związku z pytaniem:

- 1.) *Czy Zamawiający dopuści elipsometr charakteryzujący się dolnym zakresem długości fali 190 nm?*

uprzejmie informujemy, że:

Ad. 1

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie elipsometru o podanym dolnym zakresie długości fali.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjnych i Technicznych

mgr Michał Urbański