



INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

<http://www.ite.waw.pl>



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



DKZ/73/2011

Warszawa, dnia 07.07.2011 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch sztuk wanien do trawienia mokrego w KOH.

Pytanie dotyczy górnej temperatury trawienia w wodnych roztworach KOH. Podana temperatura max - 180°C sugeruje konieczność użycia urządzenia ciśnieniowego. Czy odbiorca oczekuje oferty na hermetyczną komorę do trawienia przystosowaną do pracy w nadciśnieniu ?

Uprzejmie informujemy, że:

Nie jest wymagana komora hermetyczna.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjnych i Technicznych

Mgr Michał Urbański