



# INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

<http://www.ite.waw.pl>

DKZ/13/2008

Warszawa, dnia. 04.07.2008 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę elipsometru spektroskopowego.**

W związku z pytaniami:

1. „Czy zgadzają się Państwo na zastosowanie urządzenia, nie wykorzystującego monochromatora, który jest konieczny aby spełniony został zapis o stałej rozdzielczości pomiaru (0,1nm) lecz inne, alternatywne rozwiązanie?”
2. Czy zgadzają się Państwo na zastosowanie goniometru manualnego o precyzji pozycjonowania kąтового 0,02°. Wartość wymagana w siwz (0,01°) nie jest osiągalna przez manualne goniometry?
3. W związku z pytaniami prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o jeden tydzień, do 16.07.2008 r.”

uprzejmie informujemy, że nie dopuszczamy żadnych zmian.

W związku z powyższym zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora

Mgr inż. Zbigniew Poznański